



DGGG e.V. • Hausvogteiplatz 12 • 10117 Berlin

An alle Mitglieder der DGGG

**Präsident**

Prof. Dr. med. Anton Johann Scharl

DGGG e.V.  
Repräsentanz der DGGG und  
Fachgesellschaften  
Hausvogteiplatz 12  
10117 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 514 88 33 40  
Telefax: +49 (0) 30 514 88 34 4  
E-Mail: [praesident@dggg.de](mailto:praesident@dggg.de)

Berlin, den 30.07.2019

## Mitgliederinformation

### **Weltweiter Rückruf von Brustimplantaten der Firma Allergan**

Mit sofortiger Wirkung zieht Allergan weltweit seine BIOCELL-Implantate zurück.

Hierzu gehören:

- Natrelle Kochsalz gefüllte Implantate
- Natrelle Silikon gefüllte Implantate
- Natrelle Inspira Silikon gefüllte Implantate
- Natrelle 410 Hochkohesivgel anatomische Silikonimplantate

Vom Rückruf betroffen sind des Weiteren Gewebeexpander die vor einer Brustvergrößerung oder -rekonstruktion verwendet werden.

Hierzu gehören:

- Natrelle 133 Plus Tissue Expander
- Natrelle 133 Tissue Expander mit Befestigungsglaschen

Die FDA publizierte am 24.Juli 2019 ein Update der Daten zum BIA-ALCL (Brustimplantat assoziiertes anaplastisches großzelliges Lymphom – malignes T-Zell Lymphom) mit derzeit weltweit 573 Erkrankungs- und 33 Todesfällen. Damit wurden im Vergleich zu Daten Anfang des Jahres 116 Neuerkrankung und 24 weitere Todesfälle gemeldet.

In 481/573 Erkrankungsfällen und in 12/13 Todesfällen, in denen das Implantat bekannt war, waren Allerganimplantate verwendet worden.

<https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-action-protect-patients-risk-certain-textured-breast-implants-requests-allergan>

Prof. Dr. Anton J. Scharl  
Präsident der DGGG e.V.